

verzió:

20171201

Has-Kismedence	
Protokoll	Akut Has - Natív - Low Dose
Indikáció	Perforáció és ileus diagnosztikája, natív has RTG felvétel helyett.
Előkészítés	
Kontrasztanyag	
	per os
	per rectim
	i.v.
	mennyiség
	sebesség (ml/s)
	Só mennyiség (ml)
	késleltetés (s)
	bolus tracking helye

Mérések

	Fázisok	Natív
	Vizsgálandó terület	Has kimedence
Rekonstrukciók, képanyag		
	Felirat/label	Natív - lágyrész
	Ablak	Lágyrész
	Szeletvastagság	3-5 mm
	Increment	
	Irány	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft
	Típus	MPR

Megjegyzés

A gyártó által javasolt "low-dose" vagy helyileg optimalizált paraméterek használatával.
 A standard beállítású vizsgálat CTDI_{vol} érték kb 1/5-e.

Irodalom

1. Alshamari M.: Diagnostic accuracy of low-dose CT compared with abdominal radiography in non-traumatic acute abdominal pain: prospective study and systematic review. Eur Radiol. 2016 Jun;26(6):1766-74. doi:10.1007/s00330-015-3984-9. Epub 2015 Sep 18.