

Has-Kismedence

Protokoll	Akut has - Gyulladás - kontraszt	
Indikáció	Hasi gyulladós folyamatok pl. appendicitis, tályogok,	
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel	
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.	
	per os	Isd. megjegyzés
	per rectim	
	i.v.	
	mennyiség (ml)	100
	sebesség (ml/s)	2-3
	Só mennyiség (ml)	30-50
	késleltetés (s)	60-90 sec vagy BT+40-60 sec
	bolus tracking helye	aorta

Mérések

	Fázisok	Portális
	Vizsgálandó terület	Has-kismedence (rekesztől a symphysis aljáig)
Rekonstrukciók, képanyag	Felirat/label	Portális - Lágyrész
	Ablak	Lágyrész
	Szeletvastagság	2-3 mm
	Increment	
	Irány	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft
	Típus	MPR

Megjegyzés Sovány páciensek esetében amennyiben az általános állapot engedi per os kontrasztanyag adása előnyös lehet. Vékonybél és tályog elkülönítés, appendix megtalálásában segíthet.

Irodalom