

verzió:

20171201

Mellkas-Has-Kismedence

Protokoll	<b>Vese II/A. Tumor kontroll - kontraszt</b>			
Indikáció	Vesetumrok kontrollja parciális rezekció vagy intervenciók terápia után (mellkas-has)			
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel			
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.			
	per os	1 liter víz 20-30 perc alatt		
	per rectim	0		
i.v.	Natív	<b>Késő Artériás</b>	Nefrográfias	Urográfias
mennyiség		100		
sebesség (ml/s)		4-5		
Só mennyiség (ml)		30-50		
késleltetés (s)		+10	+100	420-600
bolus tracking helye	aorta			

Mérések

Fázisok	Natív	Késő Artériás	Nefrográfias (100 sec)	Urográfias
Vizsgálandó terület	Has	Has	a tüdőcsúcstól a symphysis aljáig	vese tetejétől a húgyhólyag aljáig

Rekonstrukciók,  
képanyag

Felirat/label	Natív	Artériás	Vénás	Késői
Ablak	Lágyrész	Lágyrész	Lágyrész, tüdő	Lágyrész
Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm	2-3 mm	2-3 mm
Increment				
Irány	AXI	AXI+ COR+SAG	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG
Kernel/Filter	Soft	Soft	Soft	Soft
Típus	MPR	MPR. MIP <sup>(1)</sup>	MPR	MPR

Megjegyzés

1. Az artériás fázisú mérésből előnyös lehet MIP Coronalis rekonstrukciók készítése pl. 10/3 mm-rel. Könnyebben megítélhetők a vesét ellátó artériák.
2. A magas adagolási sebesség és a nagy mennyiségű kontrasztanyag adása egyaránt fontos.

Irodalom